

# FSN

## 4K UHD monitor

# Kasutusjuhend

---

FM-A2701D

FM-A2701DS

FM-B2702D

FM-B2702DG

FM-E2701D

FM-E2701DG

FM-E2701DT

FM-E2701DGT

FM-F2701D

FM-F2701DG

FM-F3101D

FM-F3101DG

FS-P3102D

FS-P3102DS

FS-P3102DG

FM-E3203D

FM-E3203DG



---

Enne käesoleva toote ühendamist, kasutamist või reguleerimist lugege kogu käesolev juhend tähelepanelikult läbi.

Eesti keel

---

Käesolevas dokumendis sisalduvaid andmeid ja teavet võidakse ette teatamata muuta.



Antud toote kasutusjuhised on saadaval ka elektroonilisel kujul (eIFU). Saate valida mitme keele vahel. eIFUde vaatamiseks kasutage Adobe Acrobat tarkvara. eIFUdele pääsete juurde veebisaidil [fsnmed.com/support/eifu/](https://fsnmed.com/support/eifu/)

# Tootekirjeldus ja kavandatud kasutusala



Käesolev ettevõtte FSN Medical Technologies toode on tippasemeline kirurgiline kuvamonitor, mis on mõeldud kõrgetasemeliste digitaalsete operatsioonisaalirakenduste jaoks. See meditsiiniline monitor on täielikult varustatud nõudlike operatsioonisaali keskkonna ülesannete täitmiseks. Sooritusnäitajad hõlmavad:

- Kiire signaalide tuvastamine, töökindlad režiimitabelid
- Moonutustevaba pilt
- Ventilaatorita - sobib kasutamiseks steriilses ruumis
- Kliinilisele värvirežiimile kalibreeritud
- Suum, stoppkadrid, pilt-pildis režiim

## Sihtotstarve

Käesolev seade on mõeldud ühendamiseks teiste meditsiiniseadmetega. See on mõeldud kuvama pilte või videot endoskoopilistest kaameratest, saalikaameratest, ning patsiendi teavet, näiteks ultraheli, kardioloogia ja anestesioloogia. Seade ei ole mõeldud diagnostiliseks kasutamiseks. Seade on mõeldud sobima kasutamiseks koos teiste kõrge spetsialiseerumisastmega kirurgiliste ja diagnostiliste seadmetega, mida kasutatakse operatsioonisaalides, traumapunktides ja protseduuride läbiviimisel.

## Kavandatud kasutusala

Käesolev seade on mõeldud kasutamiseks väljaõpetatud meditsiinitöötajate poolt raviasutustes olukordades, kus otsene kontakt patsiendiga on vähetõenäoline (patsiendiga kokku puutuvad detailid puuduvad).

Seade on kavandatud vastavalt patsiendi vahetus lähetusel olevatele meditsiiniseadmetele kehtivatele ohutusnõuetele.




































**Hoiatus:** Seadet ei ole lubatud kasutada koos elutoetussüsteemidega.

## Kasutusnäidustused

Käesolev seade on mõeldud kasutamiseks väljaõpetatud meditsiinitöötaja poolt, et kuvada raviprotseduuride, näiteks endoskoopia, ultraheli, kardioloogia ja anestesioloogia pilte. Seade ühendatakse meditsiiniliste kuvamiseseadmetega, et kirurgiliste protseduuride käigus pilte, videot või patsiendi teavet kuvada. Seade ei ole mõeldud diagnostiliseks kasutamiseks.

# Sümbolite definitsioonid

Tootel, selle siltidel või toote pakendil on kasutatud järgnevaid sümboleid. Iga sümboli tähendus on järgnevalt defineeritud:

	Ohtlik: Kõrgepinge		Toiteadapter		Lugege kaasasolevaid juhendeid
	Alalisvool		Näitab potentsiaali maandamist		kordumatu identifitseerimistunnus
	Näitab kaitsemaandust		Näitab ülemist ja alumist külge Sõidusuund		Korea sertifitseerimine
	Alalisvoolulüliti		Kergesti purunev		Heaks kiidetud vastavalt CCC normidele
	Mitte märjaks teha		Maksimaalne virnastamine		Hiina RoHS sildid
	Vt kasutusjuhendeid		Näitab tootjat		Katalooginumber
	Näitab tootmiskuupäeva		Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses		meditsiiniseade
	Seerianumber		Niiskuspääring		Vt kasutusjuhendeid - elektrooniline
	Temperatuuripiirang		Atmosfäärirõhu piirang		Importija üksus
	Ühendkuningriigi nõuetele vastavust hinnati		Toide ON		Toide VÄLJAS
	Ühendkuningriigi vastutav isik				
	Tõendab vastavust EL 2017/745 meditsiiniseadmeid käsitleva määrusega ja asjaomaste standarditega.				
	Meditsiiniseadmed on elektrilöögi, tuleohu ja mehaanilise ohu suhtes kooskõlas standarditega ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) ja AMD 1 (2012) ning CAN/CSA-C22.2 nr 60601-1 (2014).				
	Nende vastavust USA FCC B-klassi standardiga on testitud.				
	Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv (2012/19/EÜ) See sümbol näitab, et elektrooniliste seadmete jäätmeid ei tohi visata sorteerimata olmeprügi hulka ja tuleb eraldi koguda. Aparatuuri kasutamise lõpetanud, võtke palun ühendust tootjaga või mõne teise volitatud jäätmete kõrvaldamise ettevõttega.				

Märkus: Tootega on kaasas ingliskeelne paberkandjal kasutusjuhend. Palume ELi liikmesriikides viibivate kasutajatel küsida muukeelseid juhendeid kohalikult turustajalt. See kehtib ELi liikmesriikide kohta, kus toode on ostetud volitatud kanalite kaudu.

# Hoiatused ja ettevaatusabinõud

## Hoiatuste teave



See sümbol viitab, et lisatud on seadme kasutamist puudutav oluline teave. Seda tuleks võimalike probleemide vältimiseks hoolikalt lugeda.



See sümbol hoiatab, et isoleerimata pinge seadme sees võib olla elektrilöögi põhjustamiseks piisavalt tugev. Seetõttu on kontakt seadme sees asuvate osadega ohtlik. Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge katet (ega tagakatet) eemaldage. Instrument ei sisalda osi, mida kasutaja võiks hooldada. Hooldusega peab tegelema kvalifitseeritud hoolduspersonal.

Tule- või elektrilöögiohu vältimiseks ei või seade kokku puutuda vihma ega niiskusega. Seadme polariseeritud pistikut ei ole lubatud kasutada pikendusjuhtme pistikupesa või muude pistikupesadega, v.a juhul, kui pistiku harud on võimalik sellesse lõpuni sisestada.



### **Underwriters Laboratories (UL) klassifikatsioon:**

#### **UL ohutusvastavus:**

Käesolev meditsiiniline monitor on U.L. klassifitseeritud elektrilöögi, tule- ja mehaaniliste ohtude suhtes üksnes vastavalt UL 60601-1/CAN/CSA C22.2 nr 601,1



### **EL vastavus ja EMC vastavus:**

Käesolev meditsiiniline monitor vastab EN60601-1 ja EN60601-1-2 nõuetele, vastates seega ELi meditsiiniseadmete määrusele (2017/745). CE 1. klassi meditsiiniseadmete tarvik.

Käesolev meditsiiniline FM monitor vastab ülaltoodud standarditele ainult juhul, kui seda kasutatakse lisatud meditsiinilise toiteallikaga. USAs kasutage ainult 120V koormusega 5-15P tüüpi pistikut.

ATM160T-P240

Ettevaatust: Kindlustage, et toitejuhe on teie piirkonnas kasutamiseks õiget tüüpi. Selle meditsiinilise-monitori universaalne toiteallikas sobib nii 100-120V vahelduvvoolu kui ka 200-240V vahelduvvoolu kasutavates piirkondades kasutamiseks (kasutajapoolset reguleerimist pole tarvis).

---

Kasutage sobivat toitejuhet õiget tüüpi pistikuga. 120 V alalisvooluga toiteallika korral kasutage haiglates kasutamiseks sobivat toitejuhet NEMA 5-15 tüüpi pistikuga, mis on märgistatud 125 V alalisvooluga UL ja C-UL heakskiitudega. 240 V alalisvooluga toiteallika korral kasutage vastava Euroopa riigi ohutusnormidega kooskõlas olevat T-tüüpi pistikut maandusega toitejuhtmega.

Monitori korpuse maandamiseks on võimalik kasutada monitori tagaküljel asuvat maandustikku. Maandus tuleb paigaldada kooskõlas kehtivate elektriohutuse eeskirjadega. Maandustikk on ära näidatud kasutusjuhendis sisalduval mehaanilisel joonisel.



### **Ringlussevõtt (Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv 2012/19/EL)**

Käesoleva seadme lõpphoiustamisel või taastootmisse suunamisel järgige kohalikke määrusi.

**Hoiatus:** Nimetatud seadme kasutamist teiste seadmete lähedal või peal tuleks vältida, kuna see võib põhjustada ebaõiget toimimist. Sellise kasutamise vajaduse korral tuleb käesolevat seadet ja muid seadmeid jälgida ja veenduda, et need töötavad normaalselt.

**Hoiatus:** Tarvikute, andurite või kaablite, mida käesoleva seadme tootja ei ole nimetanud ega kaasa pannud, kasutamine võib põhjustada suuremat elektromagnetilist kiirgust või käesoleva seadme vähenenud elektromagnetilist immuunsust ja ebaõiget toimimist.

**Hoiatus:** Kaasaskantavaid raadiosideseadmeid (sh välisseadmed, nagu antennikaablid ja välisantennid) ei tohi kasutada ühelegi meditsiinilise monitori osale, sh tootja poolt nimetatud kaablid, lähemal kui 30 cm (12 tolli) Vastasel juhul võib käesoleva seadme jõudlus väheneda.

**Hoiatus:** Käesoleva seadme kasutamine röntgenkiirguse või magnetresonantsvälja piirkonnas võib antud seadme jõudlust vähendada, häirida teiste seadmete tööd või raadiosidet.

**Hoiatus:** Seadmega koos muude kui spetsiaalselt viidatud juhtmete ja/või muude tarvikute kasutamine võib põhjustada suuremat kiirgust või seadme vähenenud immuunsust.

**Hoiatus:** Seade ei ole mõeldud füüsiliselt kõrgsagedusel elektrokirurgilise varustuse külge ühendamiseks.

**Hoiatus:** Seadet ei tohi kasutada hapnikku või lämmastikoksiidi sisaldavate kergestisüttivate anesteetikumide läheduses.

---

# Ohutusjuhised

## Ohutus

1. Enne AC toitejuhtme ühendamist DC adapterpistikupesasa kontrollige, et DC adapteri ettenähtud pinget vastab toiteallika omale.
2. Ärge iial sisestage ühtki metallobjekti meditsiinilise monitori korpuse avadesse. Sellega kaasneb elektrilöögi oht.
3. Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge katet eemaldage. Seadmes puuduvad osad, mida kasutaja saab hooldada. Meditsiinilise monitori korpust võib avada vaid kvalifitseeritud tehnik.
4. Ärge kasutage meditsiinilist monitori juhul, kui toitejuhe on viga saanud. Vältige teiste asjade asetsemist toitejuhtme peal ja vältige toitejuhtme paigutamist kohtadele, kus inimesed selle otsa komistada võivad.
5. Meditsiinilise monitori toitejuhtme pistikupesast eemaldamisel hoidke pistikust, mitte juhtmest.
6. Eemaldage meditsiinilise monitori toitejuhe pistikupesast, kui seadet pikemat aega ei kasutata.
7. Enne hooldust tõmmake meditsiinilise monitori toitejuhe AC-pistikupesast välja.
8. Kui meditsiiniline monitor toimib tavatult, sh kui selle käitamisel tekib ebaharilikke helisid või lõhnu, tõmmake see viivitamatult vooluvõrgust välja ja kontakteeruge volitatud edasimüüja või hoolduskeskusega.
9. Kui seade tuleks paigaldada ligipääsmatusse kohta, võtke ühendust tootjaga.

**Hoiatus:** Ärge puudutage samaaegselt sisend- ega väljundklemme ja patsienti.

**Hoiatus:** Käesolev meditsiiniline monitor on mõeldud ühendamiseks sisend- ja väljundsignaalidega jm ühendustega, mis vastavad asjaomastele IEC standarditele (nt IEC60950 IT-seadmete standarditele ja IEC60601 elektriliste meditsiiniseadmete standarditele). Lisaks peavad kõik sellised kombineeritud süsteemid vastama standardile IEC 60601-1-1 või standardi IEC 60601-1-3. väljaande jaole 16, st meditsiiniliste elektrisüsteemide ohutusnõuetele. Kombineeritud süsteemi loonud isik vastutab selle eest, et süsteem vastaks standardile IEC 60601-1-1 või standardi IEC 60601-1-3. väljaande jaole 16. Kui kahtlete, võtke abi saamiseks ühendust kvalifitseeritud tehniku või enda kohaliku esindajaga.

**Hoiatus:** Elektrilöögiriski vältimiseks tohib selle varustuse ühendada ainult maandatud toitevõrguga. Toiteallikas (AC/DC vooluadapter) on viidatud värvilise monitori osana. Ärge asetage seadet nii, et toitejuhtme pistikut on raske tarviti sisendist lahti ühendada.

**Hoiatus:** Ärge muutke seadet ilma tootja loata.

Toote kaitsekorgil on madalam katkestusvõime. Ärge tekitage võimalikku lühisevoolu üle 35 A.

---

## Käitamise ja ladustamise keskkonnatingimused

Temperatuur vahemikus 0°C kuni 40°C (käitamine), -20°C kuni 60°C (ladustamine)

Suhteline õhuniiskus vahemikus 10% kuni 85%

Atmosfäärirõhk vahemikus 500 kuni 1060 hPa.

## Paigaldamine

1. Meditsiinilise monitori korpuses on ventilatsiooni jaoks mõeldud avad. Ülekuumenemise vältimiseks ei ole lubatud neid avasid katta ega blokeerida. Kui hoiate meditsiinilist monitori raamaturiulis vm suletud ruumis, tagage piisav õhu juurdepääs.
2. Ärge meditsiinilist monitori vihma kätte jätke ega vee läheduses kasutage. Kui meditsiiniline monitor kogemata märjaks saab, ühendage see vooluvõrgust lahti ja võtke viivitamatult ühendust volitatud edasimüüjaga. Vajadusel võite meditsiinilist monitori niiske lapiga puhastada, kuid ühendage see esmalt vooluvõrgust lahti.
3. Paigutage meditsiiniline monitor hõlpsasti ligipääsetava AC pistikupesa lähedusse.
4. Kõrge temperatuur võib põhjustada probleeme. Maksimaalne käitustemperatuur on 40°C. Ärge kasutage meditsiinilist monitori otsese päikesevalguse käes ja hoidke see eemal radiaatoritest, ahjudest, kaminatest jm soojusallikatest.
5. Ärge paigutage meditsiinilist monitori kõikuvale alusele, kuna see võib põhjustada selle väärtalitlust või maha kukkumist.
6. NORMAALSE KASUTAMISE, v.a transpordi, käigus ei peaks meditsiiniline monitor ümber kukkuma kuni 5° nurga all.
7. Transpordiasendis ei kuku meditsiiniline monitor ümber kuni 10-kraadise nurga all.
8. Toote kandmisel kasutage toote vasakul ja paremal küljel asuvaid käepidemeid (kui need on olemas) ja kandke seda kahekesi. Kui soovite seadet teise kohta paigaldada, helistage hoolduskeskusesse.
9. Kasutage seadmega alati originaaljuhtmeid ja -tarvikuid.
10. Ärge asetage seda monitori teiste seadmete peale.



---

## Remont

Ärge meditsiinilist monitori ise hooldada üritage, kuna katete avamisel või eemaldamisel võite sattuda kõrgpinge- või muude ohtude mõjuvalda ja kuna see muudab garantii kehtetuks. Hooldusega peab tegelema kvalifitseeritud hoolduspersonal. Järgmistel juhtudel eemaldage meditsiiniline monitor toiteallikast ja paluge seda hooldama kvalifitseeritud hoolduspersonal:

- Kui toitejuhe või pistik on kahjustatud või kulunud.
- Kui meditsiinilise monitori on sattunud vedelikku.
- Kui meditsiinilise monitori on kukkunud võõrkeha.
- Kui meditsiiniline monitor on kokku puutunud vihma või niiskusega.
- Kui meditsiiniline monitor on kukkumise tagajärjel põrutada saanud.
- Kui korpus on kahjustatud.
- Kui meditsiiniline monitor näib olevat ülekuumenenud.
- Kui meditsiinilisest monitorist tuleb suitsu või ebaharilikku lõhna.
- Kui meditsiiniline monitor ei toimi kooskõlas kasutusjuhendiga.

## Bioloogilised ohud

Nakkuste levimise vältimiseks tuleks antud seadet kasutada ainult keskkondades, kus on võimalik läbi viia bioloogiline desinfitseerimine.

## Toote tagastamine

Kui tõrkeotsing probleemi ei lahenda, desinfitseerige monitor ja tagastage see FSN-ile originaalpakendis. Lisage saadetisele monitori originaalartvikud. Lisage ka tõrke lühikirjeldus.

Enne seadme tagastamist võtke ettevõttega FSN Medical Technologies ühendust, et saada tagastusnumber (Return Authorization Number) ja -juhised.

## Lisatarvikud

Kasutage ainult tootja viidatud või koos meditsiinilise monitoriga müüdavaid lisatarvikuid.

## Ohutusvastavuse alane klassifikatsioon

- Kaitse elektrilöögi vastu I klass, sh AC/DC vooluadapter Meditsiiniseade on elektrilöögi, tuleoahu ja mehaanilise ohu suhtes kooskõlas standarditega ANS/AAMI ES60601-1 (2005) ja AMD 1 (2012) ning CAN/CSA-C22.2 nr 60601-1 (2014).
- Patsiendiga kokku puutuvad detailid: Patsiendiga kokku puutuvad detailid puuduvad.
- Ohutuse tase õhku, hapnikku või lämmastikoksiidi sisaldavate kergestisüttivate anesteetikumide läheduses. Seadet ei tohi kasutada hapnikku või lämmastikoksiidi sisaldavate kergestisüttivate anesteetikumide läheduses.
- Kriitiliste rakenduste korral on soovitatav käepärast hoida varumonitor.
- Töörežiim: Pidev.

## Märkus kasutajale:

Igast meditsiiniseadmega seotud ohujuhtumist tuleb teatada seadme tootjale ning kasutaja ja/või patsiendi asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele; Muudatuste ja uute toodete kohta teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku FSN Medical Technologies müügiesindajaga.

---

# Elektromagnetiline ühilduvus

Antud meditsiiniline monitor on kavandatud ja katsetatud vastavalt IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020 nõuetele elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) suhtes teiste seadmetega. Elektromagnetilise ühilduvuse tagamiseks tuleb monitor paigaldada ja seda kasutada vastavalt käesolevas kasutusjuhendis esitatud EMC teabele.

Seda meditsiinilist monitori on testitud ning see on vastavuses Klassi B digitaalsete seadme piirangutega, mis lähtuvad FCC Reeglite Osast 15. Need piirangud on ette nähtud tagamaks mõistlikku kaitset segajate eest. See monitor võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste kohaselt, võib see põhjustada raadioside häireid. Ei ole garantiid, et konkreetse paigaldise puhul häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio või teleri vastuvõtu häireid, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühel või mitmel järgmistest viisidest:

1. Muutke vastuvõtuantenni suunda või asendit.
2. Suurendage meditsiinilise monitori ja häiritud seadme vahelist kaugust.
3. Ühendage monitor pistikuga, mis on osa teisest vooluahelast kui häiritud seade.
4. Konsulteerige abi saamiseks edasimüüja või professionaalse raadio/TV tehnikuga.

## MÄRKUS KASUTAJALE:

See seade vastab FCC reeglite osale 15. Kasutamisel tuleb järgida kahte järgmist tingimust: (1) See seade ei tohi põhjustada kahjulikke segajaid ning (2) see seade peab vastu võtma kõiki signaale, ka sellised, mis võivad põhjustada aparraadi talitlushäireid

## FCC HOIATUS

See meditsiiniline monitor tekitab või kasutab raadiosagedusenergiat. Selle meditsiinilise monitori muutmine võib põhjustada kahjulikke häireid, v.a juhul, kui muudatus on juhendis otsesõnaliselt heaks kiidetud. Heakskiitmata muudatuste tegemise korral võib kasutaja kaotada loa seda seadet kasutada.

## TOOTE ELUIGA

LCD paneelide jõudlus võib aja jooksul kahaneda. Kontrollige regulaarselt, kas monitor töötab õigesti. Seadme oodatav tööiga on neli aastat. Tööea pikendamiseks hoidke monitori puhtana.

## 1. Juhend ja tootja esildis – elektromagnetiline kiirgus

Meditsiiniline monitor on mõeldud kasutamiseks allpool toodud kindlaks määratud elektromagnetilises keskkonnas. Seadme kasutaja peab tagama, et monitori kasutatakse sellises keskkonnas.		
Häirituse emissiooni mõõtmine	Vastavustase	Elektromagnetiline keskkond – juhis
RF-kiirgused - CISPR 11	Vastab grupile 1	Seadme omadused võimaldavad selle kasutamist tööstuslikes tingimustes ja haiglates (CISPR 11, klass A). Eluruumides kasutamisel (mille puhul CISPR 11 raames on harilikult nõutav klass B) ei pruugi seade võimaldada piisavat raadioteenuste kaitset. Vajadusel peab kasutaja rakendama leevendusmeetmeid, nagu seadme asendi muutmine.
RF-kiirgused - CISPR 11	Vastavuses B-klassiga	
Harmooniliste heidete emissioon - IEC 61000-3-2.	Vastavuses A-klassiga	
Pinge kõikumised/väreluskiirgus - IEC 61000-3-3	Vastavus	


## 2. Elektromagnetiliste seadmete kasutamine meditsiinasutustes. Juhend ja tootja esildis – elektromagnetiline häirekindlus

Meditsiiniline monitor on mõeldud kasutamiseks allpool toodud kindlaks määratud elektromagnetilises keskkonnas. Meditsiinilise monitori kasutaja peab tagama, et monitori kasutatakse sellises keskkonnas.		
Häirekindluskatse	IEC 60601-2-2014 vastavustase	Elektromagnetiline keskkond-juhtnõrid
Elektrostaatiline lahendus (ESD) - IEC 61000-4-2	Vastavus $\pm 2$ kV, $\pm 4$ kV, $\pm 6$ kV, $\pm 8$ kV kontaktlahendusega $\pm 2$ kV, $\pm 4$ kV, $\pm 8$ kV, $\pm 15$ kV õhkalahendusega	Põrandad peavad olema puidust, betoonist või keraamilistest plaatidest. Kui põrandad on kaetud sünteetilise materjaliga, peaks suhteline õhuniiskus olema vähemalt 30%.
Transientelekterinterferents - IEC 61000-4-4	Vastavus $\pm 2$ kV vooluvõrguliinidel $\pm 1$ kV sisend-/väljundliinidel	Toitepinge kvaliteet peaks vastama hariliku äri- või haiglakeskkonna omale.
Liigkoormus - IEC 61000-4-5	Vastavus $\pm 1$ kV tõmbetõukepinge $\pm 2$ kV hariliku režiimi pinge	Toitepinge kvaliteet peaks vastama hariliku äri- või haiglakeskkonna omale.
Toitepingelangused, põgusad katkestused ja kõikumised - IEC 61000-4-11	0% $U_T^*$ ; 0.5 tsükkel $0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ, 180^\circ, 225^\circ, 270^\circ, 315^\circ$ 0% $U_T$ ; 1 tsükkel ja 70% $U_T$ ; 25/30 tsükkel ja Ühefaasiline: $0^\circ$ 0% $U_T$ ; 250/300 tsükkel ja	Vooluvõrgu voolukvaliteet peaks olema tüüpiline kaubanduslikule või haigla keskkonnale.  Juhul, kui seadme kasutaja palub seadme jätkuvat toimimist ka toitehäirete korral, soovitame seade toiteks kasutada häireteta toiteallikat.
*Märkus. $U_T$ on vooluvõrgu vahelduvpinge enne testitasemete rakendamist.		

### 3. Elektromagnetiliste seadmete kasutamine meditsiinasutustes. Testispetsifikatsioon KAITSEKESTA PORDI HÄIRINGUTALUVUSELE RF traadita sidevarustuse puhul (IEC 60601-1-2:2014)

Meditsiiniline monitor on mõeldud kasutamiseks allpool toodud kindlaks määratud elektromagnetilises keskkonnas. Meditsiinilise monitori kasutaja peab tagama, et monitori kasutatakse sellises keskkonnas.						
Katse tegemise sagedus MHz	Riba MHz	Teenus	Modulatsioon	Maksimaalne võimsus W	Kaugus m	HÄIRETALUVUSKATSE TASE V/m
385	380 kuni 390	TETRA 400	Pulsimodulatsioon 18 Hz	1,8	1,0	27
450	430 kuni 470	GMRS 460 FRS 460	FM ± 5 kHz takt ± 1 kHz siinuslaine	2	1,0	28
710	704 kuni 787	Riba 13,17	Pulsimodulatsioon 217 Hz	0,2	1,0	9
745						
780						
810	800 kuni 960	GSM 800/900 TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Riba 5	Pulsimodulatsioon 18 Hz	2	1,0	28
870						
930						
1720	1700 kuni 1990	GSM 1800 CDMA 1900 GSM 1900 DECT, LTE riba 1,3: 4, 25 UMTS	Pulsimodulatsioon 217 Hz	2	1,0	28
1845						
1970						
2450	2400 kuni 2570	Bluetooth, WLAN 802,11 b/g/n RFID 2450 LTE riba 7	Pulsimodulatsioon 217 Hz	2	1,0	28
5240	5100 kuni 5800	WLAN 802.11 a/n	Pulsimodulatsioon 217 Hz	0,2	1,0	9
5500						
5785						
*Märkus. Kui HÄIREKINDLUSKATSE TASESaavutamiseks vajalik, võib edastusantenni ja meditsiinilise monitori vahemaad vähendada 1 meetrini. 1 m katsekaugus on lubatud standardi IEC 61000-4-3 alusel.						

## 4. Juhend ja tootja esildis – elektromagnetiline häirekindlus – elu toetamiseks mittekasutatava varustuse ja süsteemide puhul

Meditsiiniline monitor on mõeldud kasutamiseks allpool toodud kindlaks määratud elektromagnetilises keskkonnas. Meditsiinilise monitori kasutaja peab tagama, et monitori kasutatakse sellises keskkonnas.			
Häirekindluskatse	IEC 60601-1-2-2014 testtase	Vastavustase	Elektromagnetiline keskkond – juhis
<p>Edastatud RF Häiring - IEC 61000-4-6</p> <p>Kiiratud RF häiring - vastavalt IEC 61-000-4:3</p>	<p>3 V rms 150 kHz kuni &lt; 80 MHz</p> <p>3 V/m 80 MHz kuni 2,5 GHz</p>	<p>3 V eff</p> <p>3 V/m</p>	<p>Kaasaskantavaid ja mobiilseid RF sidevahendeid ei tohiks kasutada meditsiinilise monitorimistahes osadele, sh kaablid, lähemal kui soovitatud vahemaa mis on arvutatud valemiga mis vastab saatja sagedusele.</p> <p>Soovitatud eraldusmaa:</p> $d = 1.2 \sqrt{P}$ <p>Kus P on nominaalne saatja väljundvõimsus vattides (W) vastavalt saatja tootja infole ning d on soovitatav eraldusmaa meetrites (m).</p> <p>Kõigi fikseeritud edastusseadmete väljatugevus peaks vastavalt uuringule <b>a</b> olema väiksem kui vastavustase <b>b</b>.</p> $d = 1.2 \sqrt{P}$ <p>80 MHz kuni &lt; 800 MHz</p> $d = 2.3 \sqrt{P}$ <p>800 MHz kuni 2,5 GHz</p> <p>Järgneva sümboliga märgistatud seadmete läheduses võib esineda häireid:</p> 
<p>Märkus: käesolevad juhised ei pruugi olla kehtivad kõikides olukordades. Elektromagnetiliste koguste levimist mõjutab hoonete, esemete ja isikute tekitatud neeldumine ja peegeldumine.</p>			
<p><b>(a)</b> Fikseeritud saatjate, nt raadiotelefonide (mobiilsete/juhtmeta) ja raadiosaatjate, amatöörraadioside, AM- ja FM-saatjate ja telesaajate väljatugevusi ei saa teoreetiliselt täpselt ennustada. Fikseeritud raadio-saatjatest pärineva elektromagnetkiirguse hindamiseks tuleks kaaluda asukoha uuringu teostamist. Kui seadme kasutuskohas ületab välja mõõdetud tugevus ülal toodud vastavuse piirväärtused, tuleb seadet jälgida, et veenduda normaalses toimivuses. Kui täheldatakse ebaharilikke toimimisomadusi, võib vaja olla rakendada lisameetmeid, näiteks seadme asendi või asukoha muutmine.</p> <p><b>b</b> Sagedusvahemikus 150 kHz kuni 80 MHz peab väljatugevus olema vähem kui 3 V/m.</p>			


## 5. Soovitatavad vahekaugused kaasaskantavate ja mobiilsete RF teabedastusaparatuuride ning meditsiinilise monitori vahel

Meditsiiniline monitor on mõeldud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas, kus on kontrollitud kiirataava raadiosageduse häired. Seadme klient või kasutaja saab aidata elektromagnetilisi häireid vältida, jättes seadme ja kaasaskantavate ja mobiilsete RF kommunikatsiooniseadmete (saatjad) vahele minimaalsed vahemaad, vastavalt kommunikatsiooniseadme maksimaalsele väljundvõimsusele, nagu allpool näidatud.

Saatja nominaalvõimsus (W)	Vahemaa (m) vastavalt saatja sagedusele		
	150kHz kuni < 80 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80 MHz kuni < 800 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800 MHz kuni 2,5 GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1 1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Ülalpool nimetatata maksimaalse väljundvõimsusega saatjate puhul saab soovituslikku vahemaad  $d$  meetrites (m) arvutada valemiga, mis sõltub saatja sagedusest ja kus  $P$  on saatja maksimaalne väljundvõimsus vattides (W) vastavalt saatja tootja andmetele.





## Toiteallika ühendamine



Monitor	Maksimaalne alalisvoolu pikendusjuhtme pikkus* (jalgades)
FM-A2701D, FM-A2701DS, FM-B2702D, FM-B2702DG, FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FS-P3102D, FS-P3102DS, FS-P3102DG, FM-E3203D, FM-E3203DG	75
FM-F2701D, FM-F2701DG, FM-F3101D, FM-F3101DG	25





\*Pikema juhtme kasutamisel tekib toote häiritud toimimise risk

# Lisatarvikud

Üksus	IFU	AC-DC Adapter 6,23ft või 1,9m	AC toitejuhe 6ft või 1,8m	HDMI- kaabel	DVI-D- kaabel	DisplayPort- kaabel	SDI BNC kaabel x 4	Kinnituskravid
 27" FM-A2701D 27" FM-A2701DS	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
 27" FM-B2702D 27" FM-B2702DG	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
 27" FM-E2701D 27" FM-E2701DG	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		■ ■	■ x1	■ ■
 27" FM-E2701DT 27" FM-E2701DGT Kaasas USB-B puutekaabel.	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		■ ■	■ x1	■ ■

\* US,UK,EL, Hiina. Haiglates kasutamiseks.



# Lisatarvikud

Üksus	IFU	AC-DC Adapter 6,23ft või 1,9m	AC toitejuhe 6ft või 1,8m	HDMI- kaabel	DVI-D- kaabel	DisplayPort- kaabel	SDI BNC kaabel x 4	Kinnituskrivid
 27" FM-F2701D 27" FM-F2701DG	■	■	■	■			■	■
	■	■	■	■		■	■ x1	■
 31" FM-F3101D 31" FM-F3101DG	■	■	■	■		■	■	■
	■	■	■	■		■	■ x1	■
 31" FS-P3102D 31" FS-P3102DS, 31" FS-P3102DG	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
 32" FM-E3203D 32" FM-E3203DG	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■


\* US,UK,EL, Hiina. Haiglates kasutamiseks.




# FM-A2701D




# FM-A2701DS




# FM-B2702D




# FM-B2702DG




# FM-E2701D





# FM-E2701D




# FM-E2701DG






# FM-E2701DT




# FM-E2701DGT






# FM-F2701D




# FM-F2701DG





# FM-F3101D




# FM-F3101DG




# FS-P3102D





# FS-P3102DS




# FS-P3102DG



# FM-E3203D







# FM-E3203DG



# Juhtseadised

## Ekraanikuva (OSD)

**FM-A2701D, FM-A2701DS, FM-B2702D, FM-B2702DG, FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FS-P3102D, FS-P3102DS, FS-P3102DG, FM-E3203D, FM-E3203DG**

<p>Kui OSD-menüü on aktiveeritud, vajutage valitud funktsiooni vähendamiseks.</p>	<p>Kui OSD-menüü on aktiveeritud, vajutage menüüvalikus alla liikumiseks.</p>	<p>Vajutage pilt-pildis režiimi aktiveerimiseks.</p> <p>Ei ole saadaval, kui nutika sisendi (Smart Input) funktsioon on aktiveeritud.</p>	<p>Vajutage monitori esiekraani voolu sisse/ välja lülitamiseks.</p> <p>Kui ikoon ei sütti, on ekraani tagaküljel asuv toitenupp välja lülitatud.</p>
 INPUT	 MINUS	 PLUS	 DOWN
<p>Vajutage sisendi valiku menüü kuvamiseks ja signaalliallika vahetamiseks.</p> <p>Vajutage UP või DOWN ning seejärel vajutage soovitud allika valimiseks PLUS.</p>	<p>Kui OSD menüü on aktiveeritud, vajutage siia alammenüü aktiveerimiseks või valitud funktsiooni suurendamiseks.</p>	<p>Kui OSD menüü on aktiveeritud, vajutagemenüüvalikus üles liikumiseks.</p>	<p>Vajutage, et aktiveerida OSD-menüü.</p> <p>Kui OSD-menüü on aktiivne, vajutage, et pea- või alammenüüst väljuda.</p>
<p>Vajutage korraka PLUS ja UP, et nupulukk sisse või välja lülitada.</p>			







# Juhtseadised

## Ekraanikuva (OSD)

FM-F2701D, FM-F2701DG, FM-F3101D, FM-F3101DG



<p>Vajutage monitori esiekraani voolu sisse/välja lülitamiseks. LED indikaator: väljas = normaalne töö, sees = monitori toide on välja lülitatud.</p> <p>Kui ikoon ei sütti, on ekraani tagaküljel asuv toitenupp välja lülitatud.</p>	<p>Kui OSD-menüü on aktiveeritud, vajutage valitud funktsiooni vahendamiseks.</p>	<p>Kui OSD-menüü on aktiveeritud, vajutage menüüvalikus alla liikumiseks.</p>	<p>Vajutage pilt-pildis režiimi aktiveerimiseks.</p> <p>Ei ole saadaval, kui nutika sisendi (Smart Input) funktsioon on aktiveeritud.</p>
<p> POWER</p>	<p> INPUT</p>	<p> MINUS</p>	<p> PIP</p>
<p>Vajutage sisendi valiku menüü kuvamiseks ja signaallikka vahetamiseks.</p> <p>Vajutage UP või DOWN ning seejärel vajutage soovitud allika valimiseks PLUS.</p>	<p>Kui OSD menüü on aktiveeritud, vajutage siia alammenüü aktiveerimiseks või valitud funktsiooni suurendamiseks.</p>	<p>Kui OSD menüü on aktiveeritud, vajutage menüüvalikus üles liikumiseks.</p>	<p>Vajutage, et aktiveerida OSD-menüü.</p> <p>Kui OSD-menüü on aktiivne, vajutage, et pea- või alammenüüst väljuda.</p>
<p>Vajutage korraka PLUS ja UP, et nupulukk sisse või välja lülitada.</p>			

# Ekraanikuva (OSD) menüüd

## FM-A2701D, FM-A2701DS, FM-B2702D, FM-B2702DG, FS-P3102D, FS-P3102DS, FS-P3102DG, FM-E3203D, FM-E3203DG

FSN monitorid on varustatud rikkalike süsteemi seadistamise, pildi kohandamise ja ekraani formaadi kontrolli seadistusvõimalustega. Neid funktsioone hallatakse ekraanikuva (OSD) kaudu. Mõned OSD-s esitatud valikud on kontekstuaalsed ja sõltuvad hetkel aktiivsest sisendsignaalist. Vt OSD-nuppude täielikku kirjeldust jaotisest „Juhtseadised“.

### 1. OSD-sse sisenemine

OSD-menüü aktiveerimiseks vajutage monitori esiküljel asuvat MENU nuppu. OSD-menüü sulgemiseks vajutage menüü nuppu, et pea- või alammenüüst väljuda.




### 2. Valige peamenüü kategooria

Pärast OSD-sse sisenemist navigeerige peamenüü kategooriate juurde, kasutades monitori esiküljel asuvaid UP ja DOWN nuppe: PICTURE, COLOR, ADVANCED, SETUP või LAYOUT.

### 3. Valige alammenüü kategooria

Pärast soovitud peamenüü kategooria valimist vajutage nuppu , et valida peamenüüga seotud alammenüüd. Kasutage UP ja DOWN nuppe, et liikuda soovitud alammenüü juurde ning kohandage seejärel vastavalt vajadusele nuppudega ja . Kasutage MENU nuppu, et pea- või alammenüüst väljuda.



### PICTURE menüü alammenüüd

1. BRIGHTNESS suurendab või vähendab eredust. (Vahemik: 0~100)
2. CONTRAST suurendab või vähendab kontrasti. (Vahemik: 0~100)
3. SATURATION suurendab või vähendab küllastust. (Vahemik: 0~100)
4. SHARPNESS suurendab või vähendab teravust. (Vahemik: 0~4)
5. VIVIDNESS Valib pildi elavuse. (Välja lülitatud, madal, keskmine, kõrge) Parendab pildi kvaliteeti minimaalseid tehisefekte kasutades.
6. VIDEO RANGE Valige video vahemiku seade. (0~255, 16~235 või AUTO)  
0~255: RGB formaadi jaoks. 16~236: YUV formaadi jaoks. AUTO: valib automaatselt RGB formaadi puhul 0~255 ning YUV formaadi puhul 16~235.

# Ekraanikuva (OSD) menüüd



## COLOR menüü alammenüüd

1. GAMMA Valige sobiv gamma. (BYPASS,1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, DICOM). Gammat ei saa vahetada värviruumi BT.709 korral.
2. COLOR SPACE Valige värviruumi seade. (NATIVE, BT.709, BT.2020, or AUTO)  
NATIVE: omavärvi seade jaoks.BT.709: HD signaali jaoks.BT.2020: UHD signaali jaoks.AUTO: valib automaatselt UHD puhul BT.2020 ning HD signaali puhul BT.709.
3. COLOR MODE muudab pildi värviseadet. (C1, C2, C3, USER)
4. RED Punase tasakaal. (Toimib ainult USERrežiimis) (Vahemik: 0~100)
5. GREEN Rohelise tasakaal. (Toimib ainult USERrežiimis) (Vahemik: 0~100)
6. BLUE Sinise tasakaal. (Toimib ainult USERrežiimis) (Vahemik: 0~100)



## ADVANCED menüü alammenüüd

1. ASPECT RATIO Muudab kuvatava pildi kuvasuhet. (Full, Auto, Fill-H)
2. OVER SCAN Muudab kuva suurust. (0~6)
3. FREEZE Peatab pildi.
4. ROTATE/MIRROR Muudab kuvatava pildi suunda. (Normal, 180, H-Mirror, V-Mirror)
5. SMART INPUT Võimaldab automaatse ümberlülitumise teisele allikale, kui põhiallikas on välja lülitatud.
6. SMART MAIN Kui nutikas sisend on sisse lülitatud, valib põhiallika.
7. SMART 2ND Kui nutikas sisend on sisse lülitatud, valib varuallikaks teise allika.



## SETUP menüü alammenüüd

1. LANGUAGE Valib OSD keele. (10 keelt)
2. OSD OVERLAY Muudab OSD läbipaistvuse taset.
3. OSD POSITION Muudab OSD positsiooni. (9 positsiooni)
4. OSD MENU TIME Muudab OSD menüü ekraanil kuvamise kestust. (vahemik: 10~60 sekundit)
5. BACKLIGHT suurendab või vähendab taustvalgustust. (Vahemik: 0~100)
6. POWER ON DC5V Lülitab DC5V väljundi sisse või välja.
7. RESET Lähtestab kõik OSD seaded tehase vaikeseadetele.



## LAYOUT menüü alammenüüd - Üks pilt (Single)

1. LAYOUT Muudab pildi formaati. (SINGLE, PBP, PIP)

## LAYOUT menüü alammenüüd - Pilt-pildilt (PBP)

1. LAYOUT Muudab pildi formaati. (SINGLE, PBP, PIP)
2. WINDOW SELECT valib PBP või PIP formaadis aktiivse akna.
3. INPUT SWAP Esmase ja teise pildi positsiooni vahetamine

## LAYOUT menüü alammenüüd - Pilt pildis (PIP)

1. LAYOUT Muudab pildi formaati. (SINGLE, PBP, PIP)
2. WINDOW SELECT valib PBP või PIP formaadis aktiivse akna.
3. INPUT SWAP Esmase ja teise pildi positsiooni vahetamine
4. PIP SIZE Muudab PIPi suurust. (vahemik: 0~10)
5. PIP POSITION Muudab PIP positsiooni. (Vasakul üleval, paremal üleval, keskel, vasakul all, paremal all)
6. PIP OVERLAY muudab PIP kujutise läbipaistvust. (vahemik: 0~8)

# Ekraanikuva (OSD) menüüd

## FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FM-F2701D, FM-F2701DG, FM-F3101D, FM-F3101DG

FSN monitorid on varustatud rikkalike süsteemi seadistamise, pildi kohandamise ja ekraani formaadi kontrolli seadistusvõimalustega. Neid funktsioone hallatakse ekraanikuva (OSD) kaudu. Mõned OSD-s esitatud valikud on kontekstuaalsed ja sõltuvad hetkel aktiivsest sisendsignaalist. Vt OSD-nuppe täielikku kirjeldust jaotisest „Juhtseadised“.

### 1. OSD-sse sisenemine

OSD-menüü aktiveerimiseks vajutage monitori esiküljel asuvat MENU nuppu. OSD-menüü sulgemiseks vajutage menüü nuppu, et pea- või alammenüüst väljuda.




### 2. Valige peamenüü kategooria

Pärast OSD-sse sisenemist navigeerige peamenüü kategooriate juurde, kasutades monitori esiküljel asuvaid UP ▲ ja DOWN ▼ nuppe: PICTURE, COLOR, ADVANCED, SETUP, LAYOUT.

### 3. Valige alammenüü kategooria

Pärast soovitud peamenüü kategooria valimist vajutage nuppu +, et valida peamenüüga seotud alammenüü. Kasutage UP ▲ ja DOWN ▼ nuppe, et liikuda soovitud alammenüü juurde ning kohandage seejärel vastavalt vajadusele nuppudega + ja -. Kasutage MENU nuppu, et pea- või alammenüüst väljuda.

# Ekraanikuva (OSD) menüüd



## PICTURE menüü alammenüüd

1. BRIGHTNESS suurendab või vähendab eredust. (Vahemik: 0~100)
2. CONTRAST: suurendab või vähendab kontrasti. (Vahemik: 0~100)
3. SATURATION suurendab või vähendab küllastust. (Vahemik: 0~100)
4. HUE suurendab või vähendab tooni. (Vahemik: 0~100)
5. SHARPNESS suurendab või vähendab teravust. (Vahemik: 0~10)
6. VIVIDNESS Valib pildi elavuse. (Välja lülitatud, madal, keskmine, kõrge) Parendab pildi kvaliteeti minimaalseid tehisefekte kasutades. Elavuse funktsioon toimib juhul, kui video vahemik on seatud vahemikku 0-255.
7. VIDEO RANGE: Valige video vahemiku seade. (0~255, 16~235 või AUTO)  
AUTO: valib automaatselt RGB formaadi puhul 0~255 ning teiste formaatide puhul 16~235.
8. HDR-REŽIIM Valige HDR-režiim. (Väljas, PQ, HLG)  
Kui HDR MODE on seatud väärtusele PQ ja sisendsignaal vastab HDR10-le, seatakse gamma automaatselt olekusse PQ (EOTF). Kui HDR MODE on seatud väärtusele HLG, on gamma olekuks HLG.

# Ekraanikuva (OSD) menüüd



## Alammenüüd VÄRV menüüs

1. GAMMA Valige sobiv gamma.(1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, DICOM, BYPASS, PQ(EOTF), HLG). Kasutaja saab valida ainult vahemikus 1,8 kuni ÜHTI. Vastavalt HDR-režiimile on seadistatud sobiv gamma (PQ või HLG).
2. COLOR SPACE Valige värviruumi seade. (NATIVE, BT.709, BT.2020, või AUTO) AUTO: kui sisendi eraldusvõime on 4K, määrab värviruumi BT.709 või BT.2020 sõltuvalt kolorimeetria teabest. Vähem kui 4K, määrab värviruumiks BT.709.
3. COLOR MODE Muudab pildi värviseadet. (C1, C2, C3, USER)
4. RED Punane tasakaal. (Toimib ainult USERrežiimis) (Vahemik: 0~255)
5. GREEN Roheline tasakaal. (Toimib ainult USERrežiimis) (Vahemik: 0~255)
6. BLUE Sinine tasakaal. (Toimib ainult USERrežiimis) (Vahemik: 0~255)



## ADVANCED menüü alammenüüd

1. ASPECT RATIO Muudab kuvatava pildi kuvasuhet. (Full, Auto, FILL H, 4:3, 5:4, 16:9, 1:1)
2. OVER SCAN Muudab kuva suurust. (0~10)
3. IMAGE PRESET Muudab pildi seadeid. (Kasutaja eelseadistused 1-5)
4. FREEZE Peatab pildi.
5. ROTATE/MIRROR Muudab kuvatava pildi suunda. (Normal, 180, 270, H-Mirror, V-Mirror)
6. SMART INPUT\* Võimaldab automaatse ümberlülitumise teisele allikale, kui põhiallikas on välja lülitatud.
7. SMART MAIN\* Kui nutikas sisend on sisse lülitatud, valib põhiallika.
8. SMART 2ND\* Kui nutikas sisend on sisse lülitatud, valib varuallikaks teisele allika.  
\* Kasutamiseks ainult ühe paigutuse režiimis.



## SETUP menüü alammenüüd

1. LANGUAGE Valib OSD keele. (10 keelt)
2. OSD OVERLAY Muudab OSD läbipaistvuse taset.
3. OSD POSITION Muudab OSD positsiooni. (9 positsiooni)
4. OSD MENU TIME Muudab OSD menüü ekraanil kuvamise kestust. (vahemik: 10~60 sekundit)
5. OSD LOCK Valib OSD luku. Avamiseks vajutage PLUS ja UP nuppusid.
6. BACKLIGHT suurendab või vähendab taustvalgustust. (Vahemik: 0~100)
7. POWER ON DC5V Lülitab DC5V väljundi sisse või välja.
8. RESET Lähtestab kõik OSD seaded tehase vaikeseadetele.



## LAYOUT menüü alammenüüd - Üks pilt (Single)

1. LAYOUT Muudab pildi formaati. (Single, PIP, PBP, Triple, Quad)

## LAYOUT menüü alammenüüd - Pilt pildis (PIP)

1. LAYOUT Muudab pildi formaati. (Single, PIP, PBP, Triple, Quad)
2. MODE
3. WINDOW SELECT Valib aktiivse akna.
4. INPUT SWAP Esmase ja teise pildi positsiooni vahetamine
5. PIP SIZE: Muudab PIP SIZEt.
6. PIP POSITION Muudab PIP positsiooni. (Vasakul üleval, paremal üleval, keskel, vasakul all, paremal all)

## LAYOUT menüü alammenüüd - Pilt pildis (PBP)

1. LAYOUT Muudab pildi formaati. (Single, PIP, PBP, Triple, Quad)
2. MODE Muudab formaadi režiimi. (Mode1, Mode 2, Mode 3)
3. WINDOW SELECT Valib aktiivse akna.
4. INPUT SWAP Esmase ja teise pildi positsiooni vahetamine

## LAYOUT menüü alammenüüd - Triple (Kolm pilti)

1. LAYOUT Muudab pildi formaati. (Single, PIP, PBP, Triple, Quad)
2. MODE Muudab formaadi režiimi. (Režiim 1, režiim 2, režiim 3, režiim 4)
3. WINDOW SELECT Valib aktiivse akna.


## LAYOUT menüü alammenüüd - Quad (Neli pilti)

1. LAYOUT Muudab pildi formaati. (Single, PIP, PBP, Triple, Quad)
2. MODE Muudab formaadi režiimi. (Režiim 1, režiim 2, režiim 3, režiim 4, režiim 5)
3. WINDOW SELECT Valib aktiivse akna.


# Akna paigutus

FM-A2701D, FM-A2701DS, FM-B2702D, FM-B2702DG, FS-P3102D,  
FS-P3102DS, FS-P3102DG, FM-E3203D, FM-E3203DG


## Üks aken



## Pilt pildis (PIP)




## Pilt-pildilt (PBP)




## SDI allikaga ühilduvus

### 3G-SDI Single (1080p 60Hz)



### 3G-SDI 2-SI




### 3G-SDI Quad



SDI quad kuva seade korral peaks iga ühendus sobima nelja pildialaga nagu ülalpool näidetud.

### 12G-SDI Single (2160p 60Hz)



SDI ühe kuva seade puhul kasutage menüüd SISEND, et valige, milline SDI allikas aktiveerida.


# Akna paigutus

FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FM-F2701D,  
FM-F2701DG, FM-F3101D, FM-F3101DG

Üks aken



Pilt pildis (PIP)



Pilt-pildilt (PBP)



Režiim 1




Režiim 2




Režiim 3


Kolmekordne



Režiim 1



Režiim 2



Režiim 3




Režiim 4

# Akna paigutus

FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FM-F2701D,  
FM-F2701DG, FM-F3101D, FM-F3101DG

Nelik




Režiim 1




Režiim 2



Režiim 3



Režiim 4



Režiim 5



# Standardised signaalitabelid

## FM-A2701D, FM-A2701DS, FM-B2702D, FM-B2702DG, FS-P3102D, FS-P3102DS, FS-P3102DG, FM-E3203D, FM-E3203DG

Eraldusvõime	Ajastamise teave			Signaali allikas			
	H-Freq (KHz)	V-Freq (Hz)	Clock (MHz)	DP	HDMI	DVI	SDI
800 x 600 @56Hz	35,16	56,25	36,00	•	•	•	
800 x 600 @60Hz	37,88	60,32	40,00	•	•	•	
800 x 600 @72Hz	48,08	72,19	50,00	•	•	•	
800 x 600 @75Hz	46,88	75,00	49,50	•	•	•	
800 x 600 @85Hz	53,67	85,06	56,25	•	•	•	
1024 x 768 @60Hz	48,36	60,00	65,00	•	•	•	
1024 x 768 @70Hz	56,48	70,07	75,00	•	•	•	
1024 x 768 @75Hz	60,02	75,03	78,75	•	•	•	
1024 x 768 @85Hz	68,68	85,00	94,50	•	•	•	
1152 x 864 @75Hz	67,50	75,00	108,00	•	•	•	
1280 x 960 @60Hz	60,00	60,00	108,00	•	•	•	
1280 x 960 @85Hz	85,94	85,00	148,50	•	•	•	
1280 x 1024 @60Hz	63,98	60,02	108,50	•	•	•	
1280 x 1024 @75Hz	79,98	75,02	135,00	•	•	•	
1280 x 1024 @85Hz	91,15	85,02	157,50	•	•	•	
720p @50Hz	37,50	50,00	74,25	•	•	•	•
720p @59,94Hz	44,96	59,94	74,176	•	•	•	•
720p @60Hz	45,00	60,00	74,25	•	•	•	•
1080i @50Hz	28,13	50,00	74,25				•
1080i @59,94Hz	33,72	59,94	74,167				•
1080P @50Hz	56,25	50,00	148,50	•	•	•	•
1080P @59,94Hz	67,43	59,94	148,352	•	•	•	•
1080P @60Hz	67,50	60,00	148,50	•	•	•	•
1920 x 2160 @60Hz	133,29	59,99	277,25	•	•		
3840 x 2160 @30Hz	67,50	30,00	297,00	•	•		• <sup>1</sup>
3840x2160 @50Hz	112,50	50,00	594,00	•	•		• <sup>2</sup>
3840 x 2160 @59,94Hz	134,87	59,94	593,407	•	•		• <sup>2</sup>
3840 x 2160 @60Hz	135,00	60,00	594,00	•	•		• <sup>2</sup>

## FS-P3102D, FS-P3102DS, FS-P3102DG

4096 x 2160 @30Hz	67,50	30,00	297,00	•	•		
4096 x 2160 @50Hz	112,50	50,00	594,00	•	•		• <sup>2</sup>
4096 x 2160 @59,94Hz	134,87	59,94	593,407	•	•		• <sup>2</sup>
4096 x 2160 @60Hz	135,00	60,00	594,00	•	•		• <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Lisandub FM-B2702DG, FM-E3203DG korral.

<sup>2</sup> Ainult SDI kvadrant ja 2 näidisvaheldisjaotist.

## Standardised signaalitabelid

**FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FM-F2701D,  
FM-F2701DG, FM-F3101D, FM-F3101DG**

Eraldusvõime	Ajastamise teave			Signaali allikas		
	H-Freq (KHz)	V-Freq (Hz)	Clock (MHz)	DP	HDMI	SDI
800 x 600 @56Hz	35.16	56.25	36.00	•	•	
800 x 600 @60Hz	37.88	60.32	40.00	•	•	
800 x 600 @72Hz	48.08	72.19	50.00	•	•	
800 x 600 @75Hz	46.88	75.00	49.50	•	•	
800 x 600 @85Hz	53.67	85.06	56.25	•	•	
1024 x 768 @60Hz	48.36	60.00	65.00	•	•	
1024 x 768 @70Hz	56.48	70.07	75.00	•	•	
1024 x 768 @75Hz	60.02	75.03	78.75	•	•	
1024 x 768 @85Hz	68.68	85.00	94.50	•	•	
1152 x 864 @75Hz	67.50	75.00	108.00	•	•	
1280 x 960 @60Hz	60.00	60.00	108.00	•	•	
1280 x 960 @85Hz	85.94	85.00	148.50	•	•	
1280 x 1024 @60Hz	63.98	60.02	108.50	•	•	
1280 x 1024 @75Hz	79.98	75.02	135.00	•	•	
1280 x 1024 @85Hz	91.15	85.02	157.50	•	•	
720p @50Hz	37.50	50.00	74.25	•	•	•
720p @59.94	44.96	59.94	74.176	•	•	•
720p @60Hz	45.00	60.00	74.25	•	•	•
1080i @50Hz	28.13	50.00	74.25	•	•	•
1080i @59.94Hz	33.72	59.94	74.167	•	•	•
1080P @50Hz	56.25	50.00	148.50	•	•	•
1080P @59.94Hz	67.43	59.94	148.352	•	•	•
1080P @60Hz	67.50	60.00	148.50	•	•	•
1920 x 2160 @60Hz	133.29	59.99	277.25	•	•	•
3840 x 2160 @30Hz	67.50	30.00	297.00	•	•	•
3840 x 2160 @59.94Hz	134.87	59.94	593.407	•	•	•
3840 x 2160 @60Hz	135.00	60.00	594.00	•	•	•

# Tehnilised andmed

## FM-A2701D, FM-A2701DS

Üksus		Kirjeldus
Paneel		27-Tolline TFT LCD (LED)
Eraldusvõime		3840 x 2160 pikslit
Kuvasuhe		16 : 9
Aktiivne ala		596.74 (H)mm x 335.66 (V)mm
Pikslisamm (mm)		0,1554 x 0,1554
Reaktsiooniaeg (tüüpiline)		14 ms (hall-hall)
Värvide arv		1,07 miljardit
Eredus (tüüpiline)		800 cd/m <sup>2</sup>
Gamma		Ühildub BT.709 ja BT.2020-ga
Kontrastsus (tüüpiline)		1000 : 1
Pinnaviimistlus		Pimestusvastane
Vaatenurk (CR>10)		R/L 178°, U/D 178°
Sisendsignaali		1 x HDMI 2,0 2 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (ühekordne link) 4 x SDI (3G) saadaval FM-A2701DS puhul
Väljundsignaali		1 x DVI (ühekordne link) 1 x DP 1.2 (SST) 4 x SDI (3G) saadaval FM-A2701DS puhul
Toiteallikas		AC/DC Adapter (AC 100~240V, DC 24V/6.6A)
Energiaarve		FM-A2701D 90W max FM-A2701DS 110W max
Latentsus (tavaline)		2 ms
Seadme mõõtmed		658,8 (Laius) x 426 (Kõrgus) mm x 60 (Sügavus) mm 25,94 (Laius) x 16,77 (Kõrgus) x 2,36 (Sügavus) tolli
Paki mõõdud		755,65 (Laius) x 654,05 (Kõrgus) mm x 234,95 (Sügavus) mm 29,75 (Laius) x 25,75 (Kõrgus) x 9,25 (Sügavus) tolli
IP-reiting		IP31 - üldreiting
Kaal	FM-A2701D	8,18 kg / 18,03 naela (Monitor koos kattega) 13,19 kg / 29,08 naela (transpordikaal)
	FM-A2701DS	8,8 kg / 19,4 naela (Monitor koos kattega) 13,81 kg / 30,45 naela (transpordikaal)

# Tehnilised andmed

## FM-B2702D ja FM-B2702DG

Üksus		Kirjeldus
Paneel		27-Tolline TFT LCD (LED)
Eraldusvõime		3840 x 2160 pikslit
Kuvasuhe		16 : 9
Aktiivne ala		596.74 (H)mm x 335.66 (V)mm
Piksli samm (mm)		0,1554 x 0,1554
Reaktsiooniaeg (tüüpiline)		11 ms (tõusuaeg)
Värvide arv		1,07 miljard
Eredus (tüüpiline)		800 cd/m <sup>2</sup>
Gamma		Ühildub BT.709 ja BT.2020-ga
Kontrastsus (tüüpiline)		1400 : 1
Pinnaviimistlus		Pimestusvastane
Vaatenurk (CR>10)		R/L 178°, U/D 178°
Sisendsignaali		1 x HDMI 2,0 2 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (ühekordne link) 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) saadaval FM-B2702DG puhul
Väljundsignaali		1 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (ühekordne link) 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) saadaval FM-B2702DG puhul
Toiteallikas		AC/DC Adapter (AC 100~240V, DC 24V/6.6A)
Energiaarve		FM-B2702D 85W FM-B2702DG 100W
Latentsus (tavaline)		2 ms
Seadme mõõtmed		673 (Laius) x 425 (Kõrgus) mm x 75,2 (Sügavus) mm 26,50 (Laius) x 16,73 (Kõrgus) x 2,96 (Sügavus) tolli
Paki mõõdud		755,65 (Laius) x 654,05 (Kõrgus) mm x 234,95 (Sügavus) mm 29,75 (Laius) x 25,75 (Kõrgus) x 9,25 (Sügavus) tolli
IP-reiting		IP33 - üldreiting
Kaal	FM-B2702D	8,73 kg / 19,25 naela (Monitor koos kattega) 13,45 kg / 29,65 naela (transpordikaal)
	FM-B2702DG	9,2 kg / 20,28 naela (Monitor koos kattega) 14,1 kg / 31,09 naela (transpordikaal)

# Tehnilised andmed

## FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT

Üksus		Kirjeldus
Paneel		27-Tolline TFT LCD (LED)
Eraldusvõime		3840 x 2160 pikslit
Aktiivne ala		596.16 (H)mm x 335.34 (V)mm
Puutekraan (FM-E2701DT, DGT)		Projitseeritud mahtuvuslik USB
Piksli samm (mm)		0,15525 x 0,15525
Reaktsiooniaeg (tüüpiline)		< 16 ms (tõusu + langemise aeg)
Pikslite paigutus		RGB vertikaalsed triibud
Värvide arv		1,07 miljard
Eredus (tüüpiline)		700 cd/m <sup>2</sup> (FM-E2701D, FM-E2701DG) 600 cd/m <sup>2</sup> (FM-E2701DT, FM-E2701DGT)
Gamma		Ühildub BT.709 ja BT.2020-ga
Kontrastsus (tüüpiline)		1,000 : 1
Pinnaviimistlus		Pimestusvastane (FM-E2701DG)
Vaatenurk (CR>10)		R/L 178°, U/D 178°
Sisendsignaali		2 x HDMI 2,0 1 x DP 1.4 (SST) 2 x SDI (3G, 12G) saadaval FM-E2701DG, FM-E2701DGT puhul
Väljundsignaali		1 x HDMI 2,0 2 x SDI (3G, 12G) saadaval FM-E2701DG, FM-E2701DGT puhul
Toiteallikas		AC/DC Adapter (AC 100~240V, DC 24V/6.6A)
Võimsus		DC väljund (1 x 12 V / 2 A, 1 x 5 V / 2 A)
Energiaarve		110W max (FM-E2701D, FM-E2701DT) 130W max (FM-E2701DG, FM-E2701DGT)
Latentsus (tavaline)		1 ms
Seadme mõõtmed	FM-E2701D	671 (Laius) x 423 (Kõrgus) mm x 74,2 (Sügavus) mm
	FM-E2701DG	26,42 (Laius) x 16,65 (Kõrgus) x 2,92 (Sügavus) tolli
Paki mõõdud	FM-E2701DT	673 (Laius) x 425 (Kõrgus) mm x 75,2 (Sügavus) mm
	FM-E2701DGT	26,50 (Laius) x 16,73 (Kõrgus) x 2,96 (Sügavus) tolli
Paki mõõdud		755,65 (Laius) x 654,05 (Kõrgus) mm x 234,95 (Sügavus) mm 29,75 (Laius) x 25,75 (Kõrgus) x 9,25 (Sügavus) tolli
IP-reiting		IP33 - üldreiting
Kaal	FM-E2701D	9,17 kg / 20,21 naela (Monitor koos kattega) 13,7 kg / 30,2 naela (transpordikaal)
	FM-E2701DG	9,40 kg / 20,72 naela (Monitor koos kattega) 14,1 kg / 31,08 naela (transpordikaal)
	FM-E2701DT	8,75 kg / 19,29 naela (Monitor koos kattega) 13,5 kg / 31,30 naela (transpordikaal)
	FM-E2701DGT	9,0 kg / 19,84 naela (Monitor koos kattega) 13,9 kg / 30,64 naela (transpordikaal)

# Tehnilised andmed

## Puuetundlik ekraan

Üksus	Kirjeldus
Tüüp	ITO Projected Capacitive puuetundlik ekraan
Töövool	5 V
Läbipaistvus	> 85%
Liides	USB (1.1)
Puutepunkt	10 punkti

## Puuetundliku ekraani OS tugi

Operatsioonisüsteem	Versioon
Windows	Windows 10 IOT / Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows 2000 / Windows XP
Win CE	Win Embedded Compact 2013 / Win Embedded Compact 7 / Win CE 6 / WinCE.Net
Linux	CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Mandrake (Mandriva), Meego, Red Hat, Slackware, SuSE (OpenSuSE), Ubuntu (Xubuntu) and Yellow Dog etc. Supports most 32/64 bit Linux distribution versions, including Kernel 2.4.x / 2.6.x / 3.x.x / 4.x.x
Android	Android 2.3 - 7
Mac	OS 9–10,12
QNX	RTOS: V6.3–V6.6.

# Tehnilised andmed

## FM-F2701D, FM-F2701DG

Üksus		Kirjeldus
Paneel		27-TollineTFT OLED
Eraldusvõime		3840 x 2160 pikslit
Aktiivne ala		596,16 (H)mm x 335,34 (V)mm
Pikslisamm (mm)		0,15525 x 0,15525
Reaktsiooniaeg (tüüpiline)		< 0,1 ms (tõusu + languse aeg)
Pikslite paigutus		RGB vertikaalsed triibud
Värvide arv		1,07 miljardit
Eredus (tüüpiline)		540 cd/m <sup>2</sup>
Gamma		Ühildub BT.709 ja BT.2020-ga
Kontrastsus (tüüpiline)		1,000,000 : 1
Pinnaviimistlus		Pimestusvastane
Vaatenurk (CR>10)		R/L 178°, U/D 178°
Sisendsignaali		2 x HDMI 2,0 1 x DP 1.4 (SST) 2 x SDI (3G, 12G) saadaval FM-F2701DG puhul
Väljundsignaali		1 x HDMI 2.0 2 x SDI (3G, 12G) saadaval FM-F2701DG puhul
Toiteallikas		AC/DC Adapter (AC 100~240V, DC 24V/6.6A)
Võimsus		DC väljund (1 x 12 V / 2 A, 1 x 5 V / 2 A)
Energiaatarve		120W max (FM-F2701D) 135W max (FM-F2701DG)
Latentsus (tavaline)		1 ms
Seadme mõõtmed		654,8 (Laius) x 401,2 (Kõrgus) mm x 54,9 (Sügavus) mm 25,8 (Laius) x 15,8 (Kõrgus) x 2,2 (Sügavus) tolli
Paki mõõdud		860 (Laius) x 780 (Kõrgus) mm x 200 (Sügavus) mm 33,86 (Laius) x 30,71 (Kõrgus) x 7,87 (Sügavus) tolli
IP-reiting		IP33 - üldreiting
Kaal	FM-F2701D	6,33 kg / 13,96 naela (Monitor koos kattega) 10,05 kg / 22,15 naela (transpordikaal)
	FM-F2701DG	6,5 kg / 14,33 naela (Monitor koos kattega) 10,45 kg / 23,23 naela (transpordikaal)

# Tehnilised andmed

## FM-F3101D, FM-F3101DG

Üksus		Kirjeldus
Paneel		31.5-Tolline TFT OLED
Eraldusvõime		3840 x 2160 pikslit
Aktiivne ala		697,92 (H)mm x 392,6 (V)mm
Piksli samm (mm)		0,18175 x 0,18175
Reaktsiooniaeg (tüüpiline)		< 0,2 ms (tõusu + languse aeg)
Piksli tegevus		RGB vertikaalsed triibud
Värvide arv		1,07 miljardit
Eredus (tüüpiline)		540 cd/m <sup>2</sup>
Gamma		Ühildub BT.709 ja BT.2020-ga
Kontrastsus (tüüpiline)		1,000,000 : 1
Pinnaviimistlus		Pimestusvastane
Vaatenurk (CR>10)		R/L 178°, U/D 178°
Sisendsignaali		2 x HDMI 2,0 1 x DP 1.4 (SST) 2 x SDI (3G, 12G) saadaval FM-F3101DG puhul
Väljundsignaal		1 x HDMI 2,0 2 x SDI (3G, 12G) saadaval FM-F3101DG puhul
Toiteallikas		AC/DC Adapter (AC 100~240V, DC 24V/6.6A)
Võimsus		DC väljund (1 x 12 V / 2 A, 1 x 5 V / 2 A)
Energiaarve		140W max (FM-F3101D) 155W max (FM-F3101DG)
Latentsus (tavaline)		1 ms
Seadme mõõtmed		757 (Laius) x 464 (Kõrgus) mm x 54.7 (Sügavus) mm 29,8 (Laius) x 18,27 (Kõrgus) x 2,15 (Sügavus) tolli
Paki mõõdud		860 (Laius) x 780 (Kõrgus) mm x 200 (Sügavus) mm 33,86 (Laius) x 30,71 (Kõrgus) x 7,87 (Sügavus) tolli
IP-reiting		IP33 - üldreiting
Kaal	FM-F3101D	9,06 kg / 19,97 naela (Monitor koos kattega) 13,91 kg / 30,67 naela (transpordikaal)
	FM-F3101DG	9,23 kg / 20,35 naela (Monitor koos kattega) 14,13 kg / 31,15 naela (transpordikaal)



# Tehnilised andmed

## FS-P3102D, FS-P3102DS, FS-P3102DG

Üksus		Kirjeldus
Paneel		31-Tolline TFT LCD (LED)
Eraldusvõime		4096 x 2160 pikslit
Kvasuhe		17 : 9
Aktiivne ala		697.958 (H)mm x 368.064 (V)mm
Piksli samm (mm)		0,1704 x 0,1704
Reaktsiooniaeg (tüüpiline)		11 ms (tõusuaeg)
Värvide arv		1,07 miljard
Eredus (tüüpiline)		350 cd/m <sup>2</sup>
Gamma		Ühildub BT.709 ja BT.2020-ga
Kontrastsus (tüüpiline)		1500 : 1
Pinnaviimistlus		Pimestusvastane
Vaatenurk (CR>10)		R/L 178°, U/D 178°
Sisendsignaali		1 x HDMI 2,0 2 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (ühikordne link) 4 x SDI (3G) saadaval FS-P3102DS puhul 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) saadaval FS-P3102DG puhul
Väljundsignaali		1 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (ühikordne link) 4 x SDI (3G) saadaval FS-P3102DS puhul 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) saadaval FS-P3102DG puhul
Toiteallikas		AC/DC Adapter (AC 100~240V, DC 24V/6.6A)
Energiatarve		FS-P3102D 90W FS-P3102DS, FS-P3102DG 110W
Latentsus (tavaline)		2 ms
Seadme mõõtmed		773,1 (Laius) x 453,6 (Kõrgus) mm x 75,5 (Sügavus) mm 30,44 (Laius) x 17,86 (Kõrgus) x 2,97 (Sügavus) tolli
Paki mõõdud		914,4 (Laius) x 749,3 (Kõrgus) mm x 234,95 (Sügavus) mm 36 (Laius) x 29,5 (Kõrgus) x 9,25 (Sügavus) tolli
IP-reiting		IP33 - üldreiting
Kaal	FS-P3102D	10,62 kg / 23,41 naela (Monitor koos kattega) 16,46 kg / 36,29 naela (transpordikaal)
	FS-P3102DS FS-P3102DG	11,24 kg / 24,78 naela (Monitor koos kattega) 17,34 kg / 38,23 naela (transpordikaal)

# Tehnilised andmed

## FM-E3203D, FM-E3203DG

Üksus		Kirjeldus
Paneel		32-Tolline TFT LCD (LED)
Eraldusvõime		3840 x 2160 pikslit
Kvasuhe		16 : 9
Aktiivne ala		708,48 (H)mm x 398,82 (V)mm
Piksli samm (mm)		0,1845 x 0,1845
Reaktsiooniaeg (tüüpiline)		8 ms (tõusuaeg)
Värvide arv		1,07 miljard
Eredus (tüüpiline)		700 cd/m <sup>2</sup>
Gamma		Ühildub BT.709 ja BT.2020-ga
Kontrastsus (tüüpiline)		1350 : 1
Pinnaviimistlus		Pimestusvastane
Vaatenurk (CR>10)		R/L 178°, U/D 178°
Sisendsignaali		1 x HDMI 2,0 2 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (ühikordne link) 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) saadaval FM-E3203DG puhul
Väljundsignaali		1 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (ühikordne link) 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) saadaval FM-E3203DG puhul
Toiteallikas		AC/DC Adapter (AC 100~240V, DC 24V/6.6A)
Energiaatarve		FM-E3203D 105W max FM-E3203DG 125W max
Latentsus (tavaline)		2 ms
Seadme mõõtmed		773 (Laius) x 478 (Kõrgus) mm x 75,2 (Sügavus) mm 30,43 (Laius) x 18,82 (Kõrgus) x 2,96 (Sügavus) tolli
Paki mõõdud		914,4 (Laius) x 749,3 (Kõrgus) mm x 234,95 (Sügavus) mm 36 (Laius) x 29,5 (Kõrgus) x 9,25 (Sügavus) tolli
IP-reiting		IP33 - üldreiting
Kaal	FM-E3203D	11,56 kg / 25,49 naela (Monitor koos kattega) 16,83 kg / 37,10 naela (transpordikaal)
	FM-E3203DG	11,80 kg / 26,01 naela (Monitor koos kattega) 17,5 kg / 38,58 naela (transpordikaal)

## Puhastamise juhtnöörid



Järgige haigla protokollide vere ja kehavedelike jaoks. Puhastage ekraan õrna puhastusvahendi ja vee lahjendatud seguga. Kasutage pehmet puuvillast rätikut või tupsu. Teatud puhastusvahendite kasutamine võib toote silte ja plastikosi kahjustada. Vahendi sobivuse kindlakstegemiseks võtke ühendust selle tootjaga. Ärge laske vedelikel korpusesse siseneda.

### Ettevaatusabinõud

- Vältige esifiltri või paneeli kahjustamist ja kraapimist.
- Ärge kasutage sünteetilisest materjalist (polüestrist) riidet, kuna see võib elektrostaatiliselt värvimuutumist põhjustada.
- Juhul, kui monitor tuleb enne paigaldamist desinfitseerida, järgige haiglas kehtivat protokollide.

### Esifilter

1. Eemaldage tolm kuiva, kiududeta, mitteabrasiivse pehme puuvillriide abil.
2. Eemaldage rasvaine või sõrmejäljed kiududeta, mitteabrasiivse pehme puuvillriidega, mis on kergelt puhta veega niisutatud, või kattega klaaspindadele sobiva kommertsiaalse pehme klaasipuhastustootega.
3. Pühkige õrnalt kuiva puuvillase lapiga kuivaks.

Katsetatud ja heaks kiidetud on järgnevad puhastusvahendid:

- Misty Clear Lemon 10 desinfitseeriv vahend
- Bohle klaasipuhastusvahend
- Zep Heavy-duty klaasi- ja multipuhastusvahend
- Klear Screen
- Screen TFT (Kontakt Chemie)
- Incidin Foam (Ecolab)
- Microzid
- Õrn pesuvahend
- Isopropüülalkohol, mille kontsentratsioon on < 5%
- Harilik pleegitusaine (harilik naatriumhüpoklorit, 5,25% naatriumhüpokloriti lahus, mida on veega lahjendatud vahekorras 1:10 kuni 1:100)

### Esifiltril MITTE kasutada:

- Alkoholi või lahusteid, mille kontsentratsioon on üle 5%
- Tugevaid aluseid, tugevaid lahusteid
- Happeid
- Fluoriidi sisaldavaid pesuvahendeid
- Ammoniaaki sisaldavaid pesuvahendeid
- Abrasiivaineid sisaldavaid pesuvahendeid
- Terasvilla
- Abrasiivainetega käsna
- Terasest terasid
- Sünteetilist (polüestrist) riidet
- Terasniidiga riidet

### Korpus

1. Puhastage korpust pehme puuvillase riidega, mis on kergelt niisutatud meditsiiniseadmete jaoks tunnustatud puhastusvahendiga.
2. Korrake sama veega niisutatud riidega.
3. Kuivatage kuiva lapiga.

Korpuse vastupidavust järgnevatele toodetele on katsetatud:

- Virex Ready-to-use Disinfectant Cleaner
- Misty Clear Lemon 10 Disinfectant
- Misty Multi-Purpose Disinfectant Cleaner
- Misty Multi-Purpose Disinfectant Cleaner II
- Zep Heavy-duty glass & all surface cleaner
- Klear Screen
- Screen TFT (Kontakt Chemie)
- Incidin Foam (Ecolab)
- Microzid
- Õrn pesuvahend
- Isopropüülalkohol, mille kontsentratsioon on < 5%
- Harilik pleegitusaine (harilik naatriumhüpoklorit, 5,25% naatriumhüpokloriti lahus, mida on veega lahjendatud vahekorras 1:10 kuni 1:100)
- Precise Hospital Foam Cleaner Disinfectant

# Täname, et valisite meie toote.

## Hooldus

Tooteinfo või -abi jaoks võtke ühendust asjaomase järgnevalt loetletud klienditeenindusega.

## Garantii

Üks aasta, osad ja töö.

 Esindaja ELis

KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, Saksamaa

Tel : +49(0)6196-887170



## FOREESEON GmbH

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Saksamaa

Tel. +49(0)6104-643980



## FOREESEON UK Ltd.

1 Wolsey Road, East Molesey

Surrey, KT8 9EL

Ühendkuningriik

Tel. +44-(0)208-546-1047



## FOREESEON KOREA

B-408, U-Space2, 670 Daewangpangyo-ro, Bundang-gu,

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. +82-31-8017-0780



## FOREESEON (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.

Room 8E, No. 89 Building

1122 North Qinzhou Road

Xuhui, Shanghai 200233 ,China

Tel: 86-21-6113-4188



# FSN™

## FOREESEON CUSTOM DISPLAYS, INC.

2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 USA

Tel. 1-714-300-0540 Fax. 1-714-300-0546

FSN2053 4/2021 Muudetud - 12/2022

Tootja jätab endale õiguse muudatusteks.



[www.fsnmed.com](http://www.fsnmed.com)